



Zielona Góra, 2017-01-10

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania 7/P/2016 na dostawę jakościowych testów do diagnostyki przeciwciał anty HCV, przeciwciał anty HIV 1+2, HBsAg oraz kiły wraz z najmem analizatora z akcesoriami.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje:

1. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 1 650 000,00 zł brutto,
2. w prowadzonym postępowaniu złożono w terminie następujące oferty:

nr oferty	nazwa /adres	wartość wynagrodzenia brutto
1	BIO-RAD POLSKA Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa	1 459 572,00 zł
2	DiaSorin sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa	2 668 705,56 zł
3	Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdańskie 6 B, 01-591 Warszawa	2 136 073,68 zł
4	Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	2 420 149,69 zł

3. kryteria oceny ofert:

Lp.	Parametr	Nr oferty			
		1	2	3	4
1	Konserwacja automatyczna - nie wymagająca od użytkownika żadnych dodatkowych czynności, poza dostarczeniem na pokład analizatora odpowiednich płynów oraz dokonania zlecenia czynności konserwacyjnych	tak	tak	tak	tak
2	Odczynniki gotowe do użycia (w stanie płynnym bez konieczności rekonstytucji).	nie	nie	tak	tak
3	Stabilność odczynników na pokładzie analizatora minimum 4 tygodnie.	nie	tak*	tak*	tak*
4	Kontrole i kalibratory gotowe do użycia (w stanie płynnym bez konieczności rekonstytucji).	tak	tak	nie	tak
5	Aktualna opinia IHIT	tak	tak	tak	tak
6	Kalibracja testów nie częściej niż przy zmianie serii odczynnika lub po otrzymaniu błędnych wyników badań materiału kontrolnego – bez zaleceń / sugestii częstszych kalibracji.	tak	nie	tak	tak
7	Stosowania różnego rodzaju i różnych wymiarów próbek	tak	tak	tak	tak
8	Detekcja skrzepów oraz pęcherzyków powietrza w badanym materiale,	tak	tak	tak	tak
9	Zapewnione prawidłowe warunki do przechowywania odczynników na pokładzie, bez konieczności codziennego wyjmowania,	nie	tak	tak	tak
10	Automatyczne monitorowanie terminu ważności i stanu odczynników i materiałów zużywalnych	tak	tak	tak	tak
11	Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych lub mozaikowych	tak	tak	tak	tak
12	Ilość publikacji w literaturze fachowej dotyczącej przydatności oferowanych testów oraz urządzeń do badań dawców krwi	≥4	4	≥4	5



4. Pozostałe informacje dotyczące zamówienia:

- termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy,
- okres gwarancji – zgodnie z projektem istotnych postanowień umowy (załącznik do Siwz),
- warunki płatności - – zgodnie z projektem istotnych postanowień umowy (załącznik do Siwz).

Sporządził
S. KWIŚCIA
ds. technicznych
i zamówień
i zamówień technicznych
Robert Kwiścia
sekretarz komisji przetargowej