



Zielona Góra, 11 marca 2016 r.

**Do zainteresowanych
Wykonawców**

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zaprasza do złożenia oferty na dostawę dwóch sztuk witryn chłodniczych do przechowywania odczynników serologicznych i krwinek wzorcowych.

I. Wymagania techniczno – funkcjonalne:

1. drzwiczki przednie przezroczyste (szkło izolacyjne), z możliwością zamknięcia na zamek, kierunek otwierania prawostronne z możliwością zamiany,
2. wymiary: szerokość 60-63 cm,
3. wysokość całkowita około 180-200 cm,
4. głębokość max. 70 cm,
5. pojemność powyżej 350L,
6. zakres temperatury +2/+8°C,
7. odszranianie automatyczne,
8. Sterowanie elektroniczne,
9. wyświetlacz temperatury cyfrowy zewnętrzny,
10. sygnał ostrzegawczy/alarmowy optyczny i akustyczny,
11. oświetlenie wnętrza komory – LED'owe z odrębnym włączaniem,
12. możliwość ustawienia i zawieszenia od 6 do 8 półek,
13. możliwość regulowania wysokości półek,
14. zalecane półki: ruszt z gęstym ustawieniem powlekany tworzywem, w dalszej kolejności szklane,
15. obieg powietrza wymuszony,
16. wymagany okres gwarancji 24 miesiące.

II. Pozostałe wymagania:

Miejsce dostawy:

- 1 sztuka, Zielona Góra, ul. Zyty 21,
- 1 sztuka, Gorzów Wlkp., ul. Jana Dekerta 1, Oddział Terenowy.

Do urzędnika Wykonawca dostarczy:

- polską instrukcję obsługi (wydruk na papierze),
- kartę gwarancyjną,
- deklarację zgodności CE.
- rok produkcji: urządzenie wyprodukowane nie później niż w 2015 roku,
- okres gwarancji co najmniej 24 miesiące.

III. Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.



IV. Do składanej oferty należy dołączyć:

1. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
2. referencje - wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, za spełnienie warunku Zamawiający uzna, gdy Wykonawca: przedstawi w wykazie minimum dwie dostawy urządzeń chłodniczych, a każda z tych dostaw w tym okresie odpowiada wartości 10 000,00 zł. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy po złożeniu ofert do dostarczenia referencji przez podmiot (zgodnie z wypełnionym wykazem) na rzecz, którego dostawy zostały wykonane z informacją czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
3. specyfikację techniczną oferowanego urządzenia.

V. Pozostałe informacje:

1. Informacje podane w pkt. IV będą przedmiotem oceny przez Zamawiającego.
2. Wybrana najkorzystniejsza oferta zostanie zrealizowana przez Wykonawcę na podstawie pisemnego zlecenia lub zawartej umowy. W przypadku braku realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia oraz/lub wyboru kolejnej najbardziej korzystnej oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji warunków umowy z wybraną najkorzystniejszą ofertą.
3. Pytania dotyczące prowadzonego zapytania ofertowego należy kierować do Marcina Szmechta, tel. 68 329 83 76.
4. Oferty należy składać do **22-03-2016** roku do godziny 13.00 w siedzibie firmy: osobiście w sekretariacie, pocztą, lub elektronicznie na adres e-mail: r.kuznik@rckik.zgora.pl.
5. Otwarcie oraz odczytanie otrzymanych ofert nastąpi w salce konferencyjnej o godzinie 13.15 w dniu **22-03-2016** roku.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w szczególności w przypadku, gdy złożone oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

Zatwierdzam
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze

Monika Fabisz-Kotodzińska