



Zielona Góra, 6 maja 2016 r.

**Do zainteresowanych
Wykonawców**

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zaprasza do złożenia oferty na dostawę **filtrów do laboratoryjnego usuwania zanieczyszczeń leukocytnych z koncentratu krwinek czerwonych (KKCZ) z jednej jednostki** dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

I. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

- 1 Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był wysokiej jakości i posiadał znak CE. Dodatkowo, Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone w „Ustawie o wyrobach medycznych” (Dz.U. 2015 poz. 876 jt.) - tzn. był wpisany do rejestru wyrobów medycznych.
- 2 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami transportu i przechowywania określonymi przez producenta.
- 3 Termin ważności widoczny na opakowaniu minimum 1 rok od dnia dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego.
4. Wymagania dotyczące opakowania.
Zamawiający wymaga aby, każda partia dostarczonego towaru była odpowiednio oznakowana i zawierała, co najmniej: nazwę materiału, nazwę dostawcy, nazwę producenta, numery serii lub numer identyfikacyjny nadany przez producenta na poszczególnych opakowaniach oraz na opakowaniu zbiorczym, ilość towaru w opakowaniu zbiorczym, datę ważności na poszczególnych opakowaniach oraz na opakowaniu zbiorczym. Wymagane jest, aby towar dostarczony miał taki sam numer serii, co opakowanie zbiorcze.
5. Pozostałe wymagania:
 - a. filtr przeznaczony do laboratoryjnej filtracji jednej jednostki KKCz,
 - b. możliwość zastosowania filtra bez konieczności wcześniejszego usunięcia kożuszka leukocytno – płytkowego i przemywania przed i po filtracji,
 - c. czas filtracji 10 minut /± 5 minut/,
 - d. straty filtrowanego materiału do 15%,
 - e. brak uszkodzeń filtrowanego materiału (np. hemoliza) po zastosowaniu filtra,
 - f. skuteczność filtracji (liczba leukocytów mniejsza niż 1×10^6 /jednostkę) do poziomu uważanego za zapobiegający alloimmunizacji,
 - g. możliwość odpowietrzenia układu filtracyjnego w układzie zamkniętym w sposób nie zmieniający terminu ważności składnika.



II. Termin realizacji dostaw: do 31-12-2016 roku.

Dostawy będą realizowane w oparciu o bieżące zamówienia złożone telefonicznie oraz potwierdzone faksem w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

III. Do składanej oferty należy dołączyć:

1. wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1).
2. referencje - wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, za spełnienie warunku Zamawiający uzna, gdy Wykonawca: przedstawi w wykazie minimum dwie dostawy wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia, a każda z tych dostaw w tym okresie odpowiada wartości co najmniej 10 000,00 zł. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy po złożeniu ofert do dostarczenia referencji przez podmiot (zgodnie z wypełnionym wykazem) na rzecz, którego dostawy zostały wykonane z informacją czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
3. specyfikację techniczną oferowanego urządzenia.

II. Pozostałe informacje:

1. Informacje podane w pkt. III będą przedmiotem oceny przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do dostarczenia Zamawiającemu próbek przedmiotu zamówienia celem oceny zgodności oferowanych filtrów z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Sposób i ilość dostarczonych próbek Zamawiający uzgodni z Wykonawcą.
3. Wybrana najkorzystniejsza oferta zostanie zrealizowana przez Wykonawcę na podstawie zawartej umowy. W przypadku braku realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia oraz/lub wyboru kolejnej najbardziej korzystnej oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji warunków umowy z wybraną najkorzystniejszą ofertą.
4. Pytania dotyczące prowadzonego zapytania ofertowego należy kierować do Małgorzaty Kuci, tel. 68 329 83 773.
5. Oferty należy składać do **13-05-2016** roku do godziny 13.00 w siedzibie firmy: osobiście w sekretariacie, pocztą, lub elektronicznie na adres e-mail: r.kuznik@rckik.zgora.pl.
6. Otwarcie oraz odczytanie otrzymanych ofert nastąpi w salce konferencyjnej o godzinie 13.15 w dniu **13-05-2016** roku.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w szczególności w przypadku, gdy złożone oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

Zatwierdzam


Dyrektor
Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Zielonej Górze

Monika Fabisz-Kutodzińska

