



Zielona Góra, 2016-11-15

Dotyczy: postępowania 6/P/2016 na dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi.

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia (część III ust. 3.19 SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie pojemników z kodami kreskowymi na etykietach odpowiadającymi wymogom standardu ISBT 128 zamiast EAN-128? Kody kreskowe w standardzie ISBT -128 są stosowane również w obecnie używanych przez Zamawiającego pojemnikach do krwi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższą modyfikację.

Zatwierdzam
DYREKTOR
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze
Monika Fabisz-Kotodzińska
Monika Fabisz-Kotodzińska

Bkc