



Zielona Góra, 2018-01-12

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 2/P/2018 na dostawę zestawów do produkcji ubogoleukocytarne KKP metodą filtracji zawieszonego w roztworze wzbogacającym (PAS-E).

**Pytanie 1.**

Prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiającego, czy zestawy do filtracji, których Zamawiający wymaga mają służyć do filtracji grawitacyjnej, czy też półautomatycznej na prasach?

Odpowiedź:

Zestawy do filtracji będące przedmiotem zamówienia przeznaczone są do filtracji grawitacyjnej.

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający wyraz zgodę na składanie ofert częściowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zadania.

**Zatwierdzam**

**DYREKTOR**  
Regionalnego Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Zielonej Górze

*Monika Fabisz-Kotodzińska*

*OK*