



Zielona Góra, 2017-05-16

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 6/ZO/2017 na dostawę i instalację wagomieszarek do pobierania krwi z możliwością bezprzewodowej transmisji danych do Systemu Informatycznego użytkowanego przez Zamawiającego.

Pytanie 1.

PKT. II. Wymagania techniczno – funkcjonalne oferowanych wagomieszarek - ppkt 4.

Czy Zamawiający dopuści wagomieszarki, których waga wraz z pełnym oprzyrządowaniem (wagomieszarka, walizka, zasilacz, zgrzewarka, skaner, przewód zasilający) wynosi maksymalnie 9,5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę mieszarki wraz z pełnym oprzyrządowaniem do 9,5 kg.

Pytanie 2.

PKT. II. Wymagania techniczno – funkcjonalne oferowanych wagomieszarek - ppkt 11.

Czy Zamawiający dopuści wagomieszarki bez dodatkowego panelu sterującego, ale posiadające oprogramowanie umożliwiające obsługę urządzenia bez konieczności pochylania się nad wagomieszarką?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższej modyfikacji.

Pytanie 3.

PKT. III. Pozostałe wymagania

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw urządzeń do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostaw urządzeń do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Jednocześnie informujemy, że umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Zatwierdzam
DIREKTOR
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze

Monika Fabisz-Kolodzińska