



Zielona Góra, 2017-09-22

Dotyczy: postępowania nr 7/P/2017 na dostawę, montaż/instalację i uruchomienie zamrażarki szokowej do mrożenia pojemników z osoczem w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Pytanie 1.

Dot. pkt. 3.1.2 Siwz - Czy Zamawiający zaakceptuje maksymalną wagę jednego elementu urządzenia do 800kg?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje maksymalną wagę jednego elementu urządzenia do 800 kg.

Pytanie 2.

Prosimy wyjaśnienie zapisu:

„Wyjaśnienie - Analizator musi zostać podłączony na koszt Wykonawcy do użytkowanego przez Zamawiającego Systemu Informatycznego, zapewniając transmisję zapis danych w bazie danych SQL Server 2008 oraz dostęp do nich przy użyciu aktualnie użytkowanego oprogramowania. Informujemy, że nadzór autorski nad Systemem Informatycznym Zamawiającego sprawuje firma - Systemy Informatyczne CatsSoft Dariusz Kot. W celu realizacji usługi prosimy o kontakt” Czy Zamawiający miał na myśli program Bank Krwi a w miejsce Analizator- zamrażarka szokowa?

Odpowiedź:

Urządzeniem, które ma zostać podłączone do użytkowanego przez Zamawiającego Systemu Informatycznego jest przedmiot zamówienia - zamrażarka szokowa. Pod określeniem System Informatyczny Zamawiającego należy rozumieć autorski System Informatyczny opracowany przez firmę CatsSoft Dariusz Kot funkcjonujący pod nazwą własną „Krew System SQL”.

Zatwierdzam
DYREKTOR
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze

Monika Fabisz-Kotodzińska