



Zielona Góra, 2018-01-12

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku - postępowanie nr 1/P/2018.

CZĘŚĆ I zadanie nr 2.

Pytanie nr 1.

Poz. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na próbówki 12x75 mm? Produkt o dł. 75 mm nigdy prawie nie jest produkowany w wariancie 16 mm średnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza próbówki 12 x75 mm.

Pytanie nr 2.

Poz. 2 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na próbówki 16x100 mm (poj. 10-11 ml)?

Odpowiedź:

Odpowiedź nie dotyczy.

Zatwierdzam

DYREKTOR
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze

Monika Fabisz-Kotodzińska