



Zielona Góra, 21-05-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

6/ZO/2018

prowadzone z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zgodnie z art. 4 pkt 8 – dla zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzenia do przechowywania Koncentratu Krwinek Płytkowych (KKP).

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do przechowywania Koncentratu Krwinek Płytkowych (KKP) w ilości nie mniejszej niż 80 pojemników płytkowych (KKP) o pojemności 600 ml lub pojemników płytkowych z aferezy o pojemności 1300 ml, nie mniej niż 30 pojemników. W skład systemu wchodzi następujące urządzenia:
 - a. inkubator do utrzymania zadanej temperatury w procesie przechowywania pojemników płytkowych,
 - b. mieszadło / wytrząsarka do mieszania pojemników płytkowych.
2. Wymagania techniczno – funkcjonalne przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1.
3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2,

II. Termin dostawy:

10 dni od dnia zawarcia umowy.

III. Do składanej oferty należy dołączyć:

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
2. Referencje - wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna, gdy Wykonawca: przedstawi w wykazie (znajdującym się na Formularzu Ofertowym) minimum dwie dostawy systemu do przechowywania Koncentratu Krwinek Płytkowych (KKP) w podmiocie leczniczym w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, a każda z tych dostaw w tym okresie odpowiada wartości, co najmniej 30 000,00 zł. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy po złożeniu ofert do dostarczenia referencji przez podmiot (zgodnie z wypełnionym wykazem) na rzecz, którego dostawy zostały wykonane z informacją czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
3. Deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie wyrobu znakiem CE.
4. Specyfikację techniczną producenta urządzenia w języku polskim potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w załączniku nr 1
5. KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.



IV. Wybór oferty.

1. W celu złożenia oferty należy wypełnić formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Zamawiający w terminie do 3 dni od dnia otwarcia postępowania poinformuje Wykonawców o złożonych ofertach, podając nazwy Wykonawców, adres oraz wartość wynagrodzenia brutto.
3. Wykonawca oferujący najkorzystniejszą ofertę tj. najniższą cenę zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego urządzenie celem testów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w postępowaniu. Urządzenie zostanie przekazane Zamawiającemu pisemnie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
4. Czas trwania testów do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania urządzenia.
5. W przypadku potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty informując pisemnie Wykonawców.
6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wymagania przedmiotu zamówienia oraz będzie najkorzystniejsza w kryterium cena (kryterium cena 100%).
7. Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. Okres związania ofertą 30 dni.

V. Pozostałe informacje:

1. Pytania do prowadzonego zapytania ofertowego należy kierować do Roberta Kuźnika tel. 329 83 67 lub e-mail przetargi@rckik.zgora.pl.
2. Oferty należy składać **do 29-05-2018 roku do godziny 13.00** w siedzibie firmy - sekretariat, w zamkniętej kopercie opisanej „*dostawa urządzenia do przechowywania Koncentratu Krwinek Płytkowych (KKP)*” osobiście lub pocztą, dopuszcza się składanie ofert elektronicznie na adres e-mail przetargi@rckik.zgora.pl, w temacie e-maila należy podać nr postępowania 6/ZO/2018.
3. Otwarcie oraz odczytanie otrzymanych ofert nastąpi w salce konferencyjnej o godzinie 13.15 w dniu **29-05-2018 roku**.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w szczególności w przypadku, gdy złożone oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Załącznik:

1. Wymagania techniczno funkcjonalne przedmiotu zamówienia.
2. Projekt umowy.
3. Formularz ofertowy.

Zatwierdzam

DYREKTOR
Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze

Monika Fabisz-Kotodzińska