



Zielona Góra, 06-04-2018 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

4/ZO/2018

*prowadzone z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zgodnie z art. 4 pkt 8 – dla zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro*

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zaprasza do złożenia oferty na dostawę dwóch zgrzewarek do drenów PCV, stacjonarnych z możliwością kaskadowego połączenia z innymi zgrzewarkami użytkowanymi przez Zamawiającego.

### I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zgrzewarek do drenów PCV, stacjonarnych z możliwością kaskadowego połączenia z innymi zgrzewarkami użytkowanymi przez Zamawiającego.
2. Wymaga się, aby oferowane zgrzewarki umożliwiały kaskadowe połączenie ze zgrzewarkami obecnie użytkowanymi przez Zamawiającego typu T-Seal II.
3. Oferowane zgrzewarki fabrycznie nowe, rok produkcji 2017/2018.
4. Wymagania techniczno – funkcjonalne zgrzewarek:
  - 4.1 możliwość zgrzewania wszystkich rodzajów drenów przy pojemnikach do pobierania i preparatyki krwi o średnicy zewnętrznej do 6,0 mm,
  - 4.2 regulacji czasu i siły zgrzewu w zależności od rodzaju tworzywa i grubości drenu,
  - 4.3 wykonanie zgrzewów z perforacją w celu łatwego i bezpiecznego oddzielenia od siebie utworzonych odcinków drenu,
  - 4.4 zgrzewania drenów zimnych (do +2°C) i ciepłych (do+38°C), wypełnionych materiałem biologicznym i pustych,
  - 4.5 optyczne wykrywanie obecności drenu pomiędzy elektrodami głowicy,
  - 4.6 sygnalizowania o stanie urządzenia, procesie zgrzewania oraz wywołanych błędach w czasie zgrzewania (sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa),
  - 4.7 urządzenia posiadające gniazdo komunikacyjne oraz napięcie wyjściowe dające możliwość podłączenia i pracy w połączeniu kaskadowym,
  - 4.8 czas zgrzewania do 3 sekund, w zależności od rodzaju drenu,
  - 4.9 głowica zgrzewająca łatwa w montażu i utrzymaniu w czystości,
  - 4.10 dostawca musi zapewnić autoryzowany serwis na terenie kraju,
  - 4.12 dostawca zapewni bezpłatną kwalifikację instalacyjną i szkolenie personelu po instalacji,
  - 4.13 instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna w języku polskim.



- 4.14 gwarancja minimum na 24 miesiące obejmująca w tym czasie bezpłatne naprawy i minimum dwa przeglądy (bezpłatny koszt dojazdu, robocizny, materiałów zużywalnych),
- 4.15 czas naprawy urządzenia do 7 dni (na terenie Polski), jeżeli przewidywany czas naprawy będzie dłuższy niż 7 dni, możliwość zainstalowania urządzenia zastępczego pracującego na parametrach równoważnych z urządzeniem naprawianym,
- 4.16 deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE.
5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do umowy,

**II. Termin realizacji:**

4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

**III. Do składanej oferty należy dołączyć:**

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
2. Referencje - wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, za spełnienie warunku Zamawiający uzna, gdy Wykonawca: przedstawi w wykazie minimum dwie dostawy urządzeń medycznych a każda z tych dostaw w tym okresie odpowiada wartości co najmniej 10 000,00 zł. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy po złożeniu ofert do dostarczenia referencji przez podmiot (zgodnie z wypełnionym wykazem) na rzecz, którego dostawy zostały wykonane z informacją czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
3. Deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie wyrobu znakiem CE.
4. Specyfikację techniczną producenta urządzenia w języku polskim potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w części I pkt od 4.1 do 4.9.
5. Oświadczenie o treści: Oświadczam, że oferowane zgrzewarki umożliwiają kaskadowe połączenie ze zgrzewarkami obecnie użytkowanymi przez Zamawiającego typu T-Seal II.
6. KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.

**IV. Pozostałe informacje:**

1. W celu złożenia oferty należy wypełnić formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami,.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wymagania przedmiotu zamówienia oraz będzie najkorzystniejsza w kryterium cena (kryterium cena 100%).
3. Pytania do prowadzonego zapytania ofertowego należy kierować do Roberta Kuźnika tel. 329 83 67 lub e-mail przetargi@rckik.zgora.pl.
4. Oferty należy składać **do 17-04-2018 roku do godziny 13.00** w siedzibie firmy - sekretariat, w zamkniętej kopercie opisanej „*dostawa dwóch zgrzewarek do drenów PCV, stacjonarnych z możliwością kaskadowego połączenia z innymi zgrzewarkami użytkowymi przez Zamawiającego*” osobiście lub pocztą, dopuszcza się składanie ofert elektronicznie na adres e-mail przetargi@rckik.zgora.pl, w temacie e-maila należy podać nr postępowania 4/ZO/2018.
5. Otwarcie oraz odczytanie otrzymanych ofert nastąpi w salce konferencyjnej o godzinie 13.15 w dniu **17-04-2018 roku**.



6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w szczególności w przypadku, gdy złożone oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Załącznik:

1. Projekt umowy.
2. Formularz ofertowy.

**Zatwierdzam**  
**DYREKTOR**  
Regionalnego Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Zielonej Górze  
*Monika Fabisz-Kolodzińska*  
Monika Fabisz-Kolodzińska